



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 61.РЦ.10.000.М.000137.02.24 от 28.02.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению

Рентгенодиагностический кабинет ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР", Ростовская область, г. Шахты, пр. Победа Революции, 2-б. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР", 344033, Ростовская область, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МАГНИТОГОРСКАЯ, Д. 1В, КОМ. 14 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523 - 09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №01.4-06/670 от 13.02.2024г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области", протокол лабораторных испытаний №61-00/02309-01-24 от 08.02.2024г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области".



Заключение действительно до 27.02.2029 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3616292





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61. РЦ.10.000.М.000137.02.24 ОТ 28.02.2024 г.

Эксплуатация, в т.ч. хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих)

1. Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАСТЕР».
2. Адрес юридический: 344033, Ростовская область, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МАГНИТОГОРСКАЯ, Д. 1В, КОМ. 14; адрес фактический: Ростовская область, г. Шахты, пр. Победа Революции, 2-б.
3. Подразделение учреждения, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: рентгенодиагностический кабинет.
4. Должностное лицо ответственное за радиационную безопасность: директор Донская Л.В., приказ №1 от 09.01.2023г.

Вид и характер ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ	Ограничительные условия
1. Работы с открытыми ИИИ 2. Работы с закрытыми ИИИ	Не проводятся Не проводятся	- -	- -
3. Работы с генерирующими ИИИ:  - передвижной аппарат рентгеновский стоматологический диагностический «CS 2100», зав.№СВУМ046, (60кВ), год выпуска 2014, год установки 2016.	Эксплуатация, в т.ч. хранение (рентгенологические исследования)	Рентгенодиагностический кабинет, стоматологическая клиника, 1 этаж	При соблюдении дозиметрического контроля
4. Другие работы с ИИИ.	Не проводятся	-	-

Действительно до: 27.02.2029г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0350693